

Лаборатория национальных эталонов	ЦСМ при МЭК КР	Издание	1
P 7.4_Stopwathes	Информация для пользователей электронных и механических секундомеров	Дата введения	25.02.2023
		Страница	1 из 1

Электронные и механические секундомеры



Осторожно заряд батареи влияет на показания!!!

При снижении заряда батареи, показания электронных секундомеров меняются. В связи с этим, перед ежегодной рекалибровкой электронного секундомера рекомендуется **заменить батареи для стабильной работы.**

Транспортировка и хранение

При хранении и использовании должны соблюдаться все рекомендации от завода изготовителя. Секундомеры необходимо транспортировать в специальном футляре т.е. должна транспортироваться в отдельной таре. В футляр с секундомером должен быть положен паспорт (описание).