



ЦСМ при МЭ КР

Управление метрологии

Иерархическая схема прослеживаемости эталона относительной влажности воздуха

Приложение № 2 к приказу № 18 от 25.02.2021

НМИ, имеющий СМС-строки в базе данных
VIRM (TUBITAK UME, Турция),
аккредитованная калибровочная лаборатория
(ZMK GmbH, Германия)

Непосредственное
сличение $U_{0,95}=1,1\%$

Передачик давления, относительной
влажности воздуха и температуры
VAISALA PTU 301
от 15 % до 90% при 20 °С

Непосредственное
сличение $U_{0,95}=1,5\%$

Цифровые термогигрометры
от 15 % до 90% при 20 °С

*Исходные
эталон
ЦСМ*

Рабочие СИ