УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА
_____
подпись расшифровка подписи
М.П

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК.123
«12» марта 2025 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

Отдел обеспечения единства измерений Чолпон-Атинского центра испытаний сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020_A_

Схема в соответствии с ПП КР 446 от 02.09.2019 «Порядок организации поверки СИ»

№ п/п	Наименование поверяемых средств измерений	Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности/ погрешность	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка	Место проведения поверки*
1	2	3	4	5	6	7
	Измерения механических величин					
1	Весы лабораторные Весы настольные, платформенные, передвижные, врезные Весы автомобильные статические	Масса	До 1 кг	I, II	ГОСТ OIML R-76-1-2011	На территории заказчика/ в лаборатории Ч-А ЦИСМ
			До 500 кг	III		
			0,001…80000 кг	III, IIII	ГОСТ OIML R-76-1-2011 П.3.7.3 Замещающие грузы	На территории заказчика

Руководитель **Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование организации

_____ Бараканов А.Ш.
подпись расшифровка подписи

Руководитель **ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование поверочной лаборатории

_____ Токтосунов А.У.
подпись расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК 123
«13» марта 2025 г.

2	Дозаторы весовые	Масса	До 500 кг	КТ 1…2	ГОСТ 8.523-2014	На территории заказчика
3	Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузки на оси	Масса	До 30 т на 1 оси ∑осей=80 т	II, III	ГОСТ 8.646-2015	На территории заказчика
	Измерение параметров потока, расхода, уровня и объема веществ					
1	Мерники технические	Объем жидкости	200…10000л	ПГ 0,2;0,5%	ГОСТ 8.633-2013	На базе ЧАЦИСМ
2	Колонки топливно-раздаточные	Объем, дм3 Расход, л/мин	2…99999 дм3 Расход 5…50 л/мин	ПГ 0,25…1%	1.ГОСТ 9018-89 2.МИ 1864-88. 3.МП 21666-06.	На территории заказчика
3	Цистерны калиброванные	Объем жидкости	3…5м3 5…10м3 Свыше 10м3	ПГ 02% - ПГ 05% ПГ 02% - ПГ 05% ПГ 02% - ПГ 05%	ГОСТ EN 12972-2020	На территории заказчика
4	Резервуары горизонтальные	Объем жидкости	3…200 м3	ПГ 0,2…0,25 %	ГОСТ 8.346-2000	На территории заказчика

Руководитель **Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование организации

подпись — Бараканов А.Ш.
расшифровка подписи

Руководитель **ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование поверочной лаборатории

подпись — Токтосунов А.У.
расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК 123
«12» марта 2025 г.

5	Счетчик воды	Расход	д15…д20	ПГ 0,3…1,5%	ГОСТ 8.156-75 ГОСТ 6019 – 83 ГОСТ 14167 - 83	На территории заказчика
	Измерения давления, вакуума					
1	Сфигмоманометры	Давления	0…300мм.рт. ст.	ПГ 3мм.рт. ст.	Р 1323565.2.001-2018	На территории заказчика
	Измерения аппаратов медицинского назначения					
1	Аппарат ЭКГ	Радиоизмерения	0,03…600мв	ПГ+5%...-10%±5%	Р 50.2.009-2011	На территории заказчика

Руководитель **Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование организации

подпись — Бараканов А.Ш.
расшифровка подписи

Руководитель **ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование поверочной лаборатории

подпись — Токтосунов А.У.
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА
_____
подпись расшифровка подписи
М.П.

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК.123
«12» марта 2025 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

Отдел обеспечения единства измерений Чолпон-Атинского центра испытаний сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020_A_

Схема в соответствии с ПП КР 446 от 02.09.2019 «Порядок организации поверки СИ»

№ п/п	Наименование поверяемых средств измерений	Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности/ погрешность	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка	Место проведения поверки*
1	2	3	4	5	6	7
	Измерения механических величин					
1	Весы лабораторные Весы настольные, платформенные, передвижные, врезные	Масса	До 1 кг	I, II	ГОСТ OIML R-76-1-2011	На территории заказчика/ в лаборатории Ч-А ЦИСМ
			До 500 кг	III		
	Весы автомобильные статические		0,001…80000 кг	III, IIII	ГОСТ OIML R-76-1-2011 П.3.7.3 Замещающие грузы	На территории заказчика

Руководитель **Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование организации

_____ Бараканов А.Ш.
подпись расшифровка подписи

Руководитель **ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование поверочной лаборатории

_____ Токтосунов А.У.
подпись расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК 123
«13» марта 2025 г.

2	Дозаторы весовые	Масса	До 500 кг	КТ 1…2	ГОСТ 8.523-2014	На территории заказчика
3	Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузки на оси	Масса	До 30 т на 1 оси ∑осей=80 т	II, III	ГОСТ 8.646-2015	На территории заказчика
	Измерение параметров потока, расхода, уровня и объема веществ					
1	Мерники технические	Объем жидкости	200…10000л	ПГ 0,2;0,5%	ГОСТ 8.633-2013	На базе ЧАЦИСМ
2	Колонки топливно-раздаточные	Объем, дм3 Расход, л/мин	2…99999 дм3 Расход 5…50 л/мин	ПГ 0,25…1%	1.ГОСТ 9018-89 2.МИ 1864-88. 3.МП 21666-06.	На территории заказчика
3	Цистерны калиброванные	Объем жидкости	3…5м3 5…10м3 Свыше 10м3	ПГ 02% - ПГ 05% ПГ 02% - ПГ 05% ПГ 02% - ПГ 05%	ГОСТ EN 12972-2020	На территории заказчика
4	Резервуары горизонтальные	Объем жидкости	3…200 м3	ПГ 0,2…0,25 %	ГОСТ 8.346-2000	На территории заказчика

Руководитель **Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование организации

подпись — Бараканов А.Ш.
расшифровка подписи

Руководитель **ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование поверочной лаборатории

подпись — Токтосунов А.У.
расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК 123
«12» марта 2025 г.

5	Счетчик воды	Расход	д15…д20	ПГ 0,3…1,5%	ГОСТ 8.156-75 ГОСТ 6019 – 83 ГОСТ 14167 - 83	На территории заказчика
	Измерения давления, вакуума					
1	Сфигмоманометры	Давления	0…300мм.рт. ст.	ПГ 3мм.рт. ст.	Р 1323565.2.001-2018	На территории заказчика
	Измерения аппаратов медицинского назначения					
1	Аппарат ЭКГ	Радиоизмерения	0,03…600мв	ПГ+5%...-10%±5%	Р 50.2.009-2011	На территории заказчика

Руководитель **Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование организации

подпись — Бараканов А.Ш.
расшифровка подписи

Руководитель **ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование поверочной лаборатории

подпись — Токтосунов А.У.
расшифровка подписи

Кыргызстандарт	Чолпон-Атинский ЦИСМ	Область аккредитации органа контроля по проведению поверки средств измерений	ОА ПЛ
Издание 1			

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК 123
«12» марта 2025 г.

	Аттестация испытательного оборудования					
1	Центрифуги лабораторные	Скорость оборотов	1000…3000 об/мин	ПГ+, -10 %	КМС ГОСТ Р 8.568:2023 Методики поверки и техническая документация на конкретное испытательное оборудование	На территории заказчика
2	Шкаф электрический	Температура	50…300*С	ПГ+, -5*С		
3	Термостат		0…250*С	ПГ+, -5*С		

Руководитель **Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование организации

подпись — Бараканов А.Ш.
расшифровка подписи

Руководитель **ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование поверочной лаборатории

подпись — Токтосунов А.У.
расшифровка подписи