

КЫРГЫЗ



КЫРГЫЗ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АККРЕДИТТӨӨ СИСТЕМАСЫ  
КЫРГЫЗ АККРЕДИТАЦИЯЛОО БОРБОРУ

720011, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 421, т. 434872

Эсептик бланктын № 0259

## АККРЕДИТТӨӨ АТТЕСТАТЫ

КГ 417/КЦА.ОК.117

2025 жылдын 12 март айынан тартып  
аккредиттелген ШБOnнын реестринде катталган

### УШУЛ АТТЕСТАТ

Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министирлигине караштуу  
Стандартташтыруу жана метрология борборунун  
ал курамыга кирген мекеменин аталышы

Жагал-Абад сыноо, сертификациялоо жана метрология борборунун метрология бөлүмүнүн  
инспекциялоо органынын аталышы

Кыргыз Республикасы, Жагал-Абад ш., Пирогова к. 20.

дарегин (бардык туратгы (негизги, алыскы жана / же молдулук оруну, көчмө жана убактылуу чекити)

ISO/IEC 17020:2012 (ГОСТ ISO/IEC 17020-2013) ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫНА ШАЙКЕШ, ИНСПЕКЦИЯЛОО ОРГАНЫНЫН  
АККРЕДИТТЕЛГЕН АЙМАГЫНА ЖАНА КОЛДОНУЛУП ЖАТКАН МЕНЕДЖМЕНТИНИН СИСТЕМАСЫНА ЫЛАЙЫК  
«А» ТИВИНДЕГИ КОНТРОЛДООЧУ ОРГАН КАТАРЫ

(ISO-ILAC-IAF-тын биргешкен компетенциясы)  
КӨЗӨМӨЛ Жүргүзүүчү Техникалык Компетенттүүлүгүн Көрсөтөт.

Жүргүзүүчү иштин түрү

УШУЛ АТТЕСТАТТЫН АЙМАГЫНА БӨЛГҮ БОЛГОН ТИРКЕМЕДЕ АККРЕДИТТӨӨНҮН АЙМАГЫ КЕЛТИРИЛГЕН.  
Инспекциялоо органы аккредитация талондарын тынымсыз аткарууну уланткан шартта гана, аккредитация күчүндө калат.



КАБУНУН МУДУРУ

**А.Т.АХМЕДЖАНОВА**



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ  
720011, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 421, т. 434872

Учетный бланк № 0259

## АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

КГ 417/КЦА.ОК.117

Зарегистрирован  
в реестре аккредитованных ООС  
с 12 марта 2025 года

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Управление метрологии

Жагал-Абадского Центра испытаний, сертификации и метрологии ЦСМ при МЭК КР

Кыргызская Республика, г. Жагал-Абад, ул. Пирогова 20.

АККРЕДИТОВАН В КАЧЕСТВЕ ОРГАНА КОНТРОЛЯ ТИПА «А» В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO/IEC 17020:2012 (ГОСТ ISO/IEC 17020-2013).

ДАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

вид деятельности органа инспекции

СОГЛАСНО ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

(совместное Комитете ISO-ИАС (АФР) - КСА)

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ПРИВЕДЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО АТТЕСТАТА  
Аккредитация остается в силе, если условия не прекращаются соответствия органа инспекции требованиям аккредитации



Директор КЦА

А.Т. АХМЕДЖАНОВА  
Ф.И.О.

Кыргызстандарт/	ГУ Жалал-Абадский ЦИСМ	Издание №	1	Басылгышы №	Киргизүү күнү	Кыргызстандарт	Жалал-Абад ССМБ ММ
	Управление метрологии		10.03.2025		Киргизүү күнү		Метрология башкармалыгы
ОА	ПЛ (ISO/IEC 17020)	Дата введения	1 из 3	Бет	ОА	ПЛ (ISO/IEC 17020)	

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**ЖАЛАЛ-АБАДСКОГО ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ**

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 А  
**Схема/ы контроля/инспекции В соответствии с Постановлением ПТР КР №446**

№ КГ417/КЦА.ОК 417

ОМ «12» *Моргина* 2025г.



№ п/п	Наименование поверяемых средств измерений	Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности/погрешность	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержание требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка	Место поверки*	проведения
1	Весы неавтоматического действия	Масса	1мг ... 500г 1г ... 1000кг	І, ІІ ІІІ, ІІІІ	ГОСТ OIML R 76-1-2011	На территории заказчика. УМ ЦИСМ	УМ ЦИСМ
2	Метрошток	Длина	0-4500 мм	ІІІ±2,0 мм	ГОСТ 8.247-2004	УМ ЦИСМ	УМ ЦИСМ

Директор ЖАЦИСМ *Моргина* Салиева Г Начальник УМ Назаров М  
наименование организации подпись расшифровка подписи наименование поверочной лаборатории подпись расшифровка подписи

№ издания	1	Дата введения	10.03.2025	стр. 1 из 3
-----------	---	---------------	------------	-------------


Кыргызстандарт/	ГУ Жалал-Абадский ЦИСМ	Издание №	1	Басылгышы №	Кыргызстандарт	Жалал-Абад ССМБ МИ
	Управление метрологии	Дата ввeдeния	10.03.2025	Киргизүү күнү	Метрология Башкармалыгы	
ОА	ПЛ (ISO/IEC 17020)	Страница	2 из 3	Бет	ОА	ПЛ (ISO/IEC 17020)

Приложение к аттестату аккредитации  
№ КГА17/КПА.ОК



ОМ «17» Мартта 2025г.


3	Контрольные сита	Длина	2,24...125мм	ПГ±0,1÷3,29 6 мм	КМС ISO 3310-1:2018 КМС ISO 3310-2:2018	УМ ЦИСМ
4	Машины испытательные, прессы и установки	Сила	1кН...500кН	ПГ 1,0...2 %	ГОСТ 8.136-74	На территории заказчика
5	Мерники металлические технические 2 разряда	Измерения параметров потока,	2л...20л.	ПГ 0,1%,	ГОСТ 8.400-2013	УМ ЦИСМ
6	Колонки топливораздаточные	расхода, уровня объема веществ	2...9999,9л <sup>3</sup> Расход 5...50л/мин	ПГ 0,25...1 %	ГОСТ 9018-89 МИ 1864-88	На территории заказчика
7	Цистерны автомобильные		1...40 м <sup>3</sup>	ПГ 0,2%	ГОСТ Р 8.600-2011	На территории заказчика
8	Термометры жидкостные стеклянные	Температурные измерения	0 <sup>0</sup> С...+100 <sup>0</sup> С	ПГ 0,5...1 °С	ГОСТ 8.279-78	УМ ЦИСМ

Директор ЖАЦИСМ  Салиева Г  Назаров М  
наименование организации ЖАЦИСМ подпись Салиева Г наименование поверочной лаборатории ЖАЦИСМ подпись Назаров М  
расшифровка подписи

№ издания	1	Дата ввeдeния	10.03.2025	стр. 2 из 3
-----------	---	---------------	------------	-------------

Приложение к аттестату аккредитации  
 № КГ417/КЦА.ОК 14

001 «12» 2025г.



9	Манометры	Давления	0,1...60кгс/см <sup>2</sup>	КТ 0,4...4,0	МИ 2124-90	УМ ЦИСМ
10	Счетчики электрической энергии статические электронные трехфазные	Электрические измерения	0...10 А 0...220В 50 Гц	КТ 0,2S-5	ГОСТ 8.259-2004	На территории заказчика.
11	Счетчики электрической энергии статические электронные однофазные	Электрические измерения	0...10 А 0...220В 50 Гц	КТ 0,2S-5	ГОСТ 8.259-2004	На территории заказчика.

Директор ЖАШИМ  
 наименование организации ЖАШИМ  
 подпись   
 расшифровка подписи Салиева Г

Начальник УМ \_\_\_\_\_  
 наименование поверочной лаборатории \_\_\_\_\_  
 подпись   
 расшифровка подписи Назаров М

№ издания	1	Дата введения	10.03.2025	стр. 3 из 3
-----------	---	---------------	------------	-------------