УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА
_____
подпись расшифровка подписи
М.П.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417.КЦА.КЛ. 013

от «12» марта 2025 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Отдела обеспечения единства измерений
Чолпон-Атинский _центр испытаний сертификации и метрологии
наименование калибровочной лаборатории и/или организации, в состав которой она входит

№ п/п	Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению)	Измеряемая величина	Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо	Расширенная неопределенность измерений *	Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки**
1	2	3	4	5	6
1	Весы электронные	масса	До 1,5 кг	Относительная расширенная неопределенность. $2 \cdot 10^{-6}$	РМГ 150-2023 (Euramet CG-18) На территории заявителя

Руководитель **Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование организации

подпись Бараканов А.Ш.
расшифровка подписи

Руководитель **ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ**
наименование калибровочной лаборатории

_____ Токтосунов А.У.
подпись расшифровка подписи

Гибкость №1, по объектам