УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА
Ахмеджанова А.Т.
М.П.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК 17 от 12.03.2025
расширена с «06» 10.2025г. 2025г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЖАЛАЛ-АБАДСКОГО ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ ,СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 А
Схема/ы конторля/инспекции В соответствии с Постановлениям ППР КР№446

№ п/п	Наименование поверяемых средств измерений	Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности/ погрешность	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка	Место проведения поверки*
1	Весы неавтоматического действия	Масса	1мг ... 500г 1г ... 1000кг	I,II III, IIII	ГОСТ OIML R 76-1-2011	На территории заказчика. УМ ЦИСМ
2	Метрошток	Длина	0÷4500 мм	ПГ±2,0 мм	ГОСТ 8.247-2004	УМ ЦИСМ

Директор ЖАЦИСМ — Салиева Г
наименование организации подпись расшифровка подписи

Начальник УМ — Назаров М
наименование поверочной лаборатории подпись расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/KTA.OK 11 от 12.03.2025
расширен по «06» 11 2025г.

3	Контрольные сита	Длина	2,24…125мм	ПГ±0,1÷3,29 6 мм	КМС ISO 3310-1:2018 КМС ISO 3310-2-2018	УМ ЦИСМ
4	Машины испытательные, прессы и установки	Сила	1кН…500кН	ПГ 1,0...2 %	ГОСТ 8.136-74	На территории заказчика
5	Мерники металлические технические 2 разряда	Измерения параметров потока, расхода, уровня объема веществ	2л…20л.	ПГ 0,1%,	ГОСТ 8.400-2013	УМ ЦИСМ
6	Колонки топливораздаточные		2…99999дм^3 Расход 5…50л/мин	ПГ 0,25...1 %	ГОСТ 9018-89 МИ 1864-88	На территории заказчика
7	Цистерны автомобильные		1… 40 м^3	ПГ 0,2%	ГОСТ Р 8.600-2011	На территории заказчика
8	Термометры жидкостные стеклянные	Температурные измерения	0^{0}С…+100^{0}С	ПГ 0,5...1 ^{0}С	ГОСТ 8.279-78	УМ ЦИСМ

Директор ЖАЦИСМ Салиева Г Начальник УМ Назаров М
наименование организации подпись расшифровка подписи наименование поверочной лаборатории подпись расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК 117 от 12.03.2025
расширен с «06» 11 2025г.

9	Манометры	Давления	0,1…60кгс/см²	КТ 0,4 ...4,0	МИ 2124-90	УМ ЦИСМ
10	Счетчики электрической энергии статические электронные трехфазные	Электрические измерения	0…10 А 0…220В 50 Гц	КТ 0,2S-5	ГОСТ 8.259-2004	На территории заказчика.
11	Счетчики электрической энергии статические электронные однофазные	Электрические измерения	0…10 А 0…220В 50 Гц	КТ 0,2S-5	ГОСТ 8.259-2004	На территории заказчика.
12	Весы большегрузные автомобильные статические	Масса	до 80 т	III,IIII	ГОСТ OIML R 76-1-2011 п.3.7.3 Замещающие грузы	На территории заказчика

Директор ЖАЦИСМ Салиева Г
наименование организации подпись расшифровка подписи

Начальник УМ
наименование поверочной лаборатории подпись Назаров М
расшифровка подписи